

公報日	警備番号	参加者全日	被害受難日	製品名	構造・型式	事業者名	被害状況	事案内容	参加者全日全日	原因不明理由	備考
平成18年9月7日	A200700186	平成18年11月21日	平成18年9月21日	東いす	6輪車等	日通販経機株式会社	死亡1名	トイレにおいて、東いすに座乗する際に転倒し、東いすの足元より転落。転落した際にトイレのステップ・ラック部分に頭部・胸部に転落を負ったと推察され、出血多量のため死亡した。	既報済	事故発生時、災害者は自宅（エレベーター）で居たため、負傷箇所は床に落ちたエレベーターラック部分で発生したと推察され、原因の特定はできなかった。	平成18年6月27日製品説明会が予定されていたもの
平成18年9月7日	A200700186	平成18年5月23日	平成18年7月2日	東いす(入浴用)	K510	株式会社カワムライケル	死亡1名	利用者は集合釜で湯が安定しない状態であった。利用者が湯を下げた直後湯釜へ湯を注げる際に、足がフタのレールに引っ掛かり転倒し、湯釜に頭部、腕部、足部に湯を注ぎながら転倒し、顔面血腫により死亡した。	未報済	事故直後で東いすの取扱店を訪問し、テストにおいて、転落した際の状況を確認した。事故が起きた原因は、湯釜のレールと足が引っ掛かり転倒したと推察され、原因の特定はできなかった。	平成18年7月8日製品説明会が予定されていたもの
平成18年10月7日	A200700181	平成18年5月10日	平成18年4月7日	介護ベッド用椅子	PZR-K300TAM	株式会社プランコ	死亡1名	増設がベットの椅子の固定用フックに引っかかり、頭部を圧迫し、重傷により死亡した。	既報済	事故発生後、メイトピアを搬送する際に使用した際に、固定用フックの固定部が引っかかることにより発生したと推察される。	平成18年6月12日製品説明会が予定されていたもの
平成18年9月7日	A200700010	平成18年3月8日	平成18年5月23日	歩行補助車	704	株式会社令和製作所	重傷1名	自宅近くで当該製品を使用して、段差のないところを歩行中、車体が前方に倒れたいくつかの部品を壊して転倒し、頭部にひびが入り1ヶ月以上の治療を受けた。	未報済	使用箇所の組み立て時に誤りに伴ったみぞ防止のロックレバーをはずしたことが原因で転倒したと推察され、原因の特定はできなかった。	平成18年5月28日製品説明会が予定されていたもの
平成20年1月7日	A200700050	平成18年9月18日	平成18年4月28日	段差解消機	1182X	トヨタ株式会社	死亡1名	段差解消機に設置された重量調整の上で東いすに乗り乗せようとした際に、車重がその重量を超過し1時間ほど待っていても、東いすの重量が段差解消機から超過してしまい、転倒防止用のセンサーが故障者の重量を捉えてしまい、異音に感じたため、死亡が確認された。	既報済	当該製品は、歩行と列の行歩のために使用するものであり、重量の上限にその重量を超過し、転倒防止用のセンサーが故障者の重量を捉えてしまい、転倒防止用のセンサーが故障者の重量を捉えてしまい、異音に感じたため、死亡が確認された。	平成18年9月31日製品説明会が予定されていたもの

公報日	警備番号	参加者全日	被害受難日	製品名	構造・型式	事業者名	被害状況	事案内容	参加者全日全日	原因不明理由	備考
平成18年9月7日	A200700186	平成18年11月21日	平成18年9月21日	東いす	6輪車等	日通販経機株式会社	死亡1名	トイレにおいて、東いすに座乗する際に転倒し、東いすの足元より転落。転落した際にトイレのステップ・ラック部分に頭部・胸部に転落を負ったと推察され、出血多量のため死亡した。	既報済	事故発生時、災害者は自宅（エレベーター）で居たため、負傷箇所は床に落ちたエレベーターラック部分で発生したと推察され、原因の特定はできなかった。	平成18年6月27日製品説明会が予定されていたもの
平成18年9月7日	A200700186	平成18年5月23日	平成18年7月2日	東いす(入浴用)	K510	株式会社カワムライケル	死亡1名	利用者は集合釜で湯が安定しない状態であった。利用者が湯を下げた直後湯釜へ湯を注げる際に、足がフタのレールに引っ掛かり転倒し、湯釜に頭部、腕部、足部に湯を注ぎながら転倒し、顔面血腫により死亡した。	未報済	事故直後で東いすの取扱店を訪問し、テストにおいて、転落した際の状況を確認した。事故が起きた原因は、湯釜のレールと足が引っ掛かり転倒したと推察され、原因の特定はできなかった。	平成18年7月8日製品説明会が予定されていたもの
平成18年10月7日	A200700181	平成18年5月10日	平成18年4月7日	介護ベッド用椅子	PZR-K300TAM	株式会社プランコ	死亡1名	増設がベットの椅子の固定用フックに引っかかり、頭部を圧迫し、重傷により死亡した。	既報済	事故発生後、メイトピアを搬送する際に使用した際に、固定用フックの固定部が引っかかることにより発生したと推察される。	平成18年6月12日製品説明会が予定されていたもの
平成18年9月7日	A200700010	平成18年3月8日	平成18年5月23日	歩行補助車	704	株式会社令和製作所	重傷1名	自宅近くで当該製品を使用して、段差のないところを歩行中、車体が前方に倒れたいくつかの部品を壊して転倒し、頭部にひびが入り1ヶ月以上の治療を受けた。	未報済	使用箇所の組み立て時に誤りに伴ったみぞ防止のロックレバーをはずしたことが原因で転倒したと推察され、原因の特定はできなかった。	平成18年5月28日製品説明会が予定されていたもの
平成20年1月7日	A200700050	平成18年9月18日	平成18年4月28日	段差解消機	1182X	トヨタ株式会社	死亡1名	段差解消機に設置された重量調整の上で東いすに乗り乗せようとした際に、車重がその重量を超過し1時間ほど待っていても、東いすの重量が段差解消機から超過してしまい、転倒防止用のセンサーが故障者の重量を捉えてしまい、異音に感じたため、死亡が確認された。	既報済	当該製品は、歩行と列の行歩のために使用するものであり、重量の上限にその重量を超過し、転倒防止用のセンサーが故障者の重量を捉えてしまい、転倒防止用のセンサーが故障者の重量を捉えてしまい、異音に感じたため、死亡が確認された。	平成18年9月31日製品説明会が予定されていたもの

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生日道府県
平成21年1月30日	A200801151	平成21年1月6日	平成21年1月26日	介護ベッド用手すり	重傷1名	家人が寝ている際に、当該製品のサイドレール横の隙間に腕が入り、入った状態で起きた時に、腕を抜くことが出来ずに骨折した。現在、原因を調査中。	東京都
平成21年2月3日	A200801172	平成21年1月3日	平成21年1月29日	車いす	重傷1名	ベッドから立ち上がり、当該製品に移乗しようとした際、体勢が右側に傾いて車いすの座面部に倒れ込み、そのまま車いすとともに転倒して重傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県
平成21年2月3日	A200801173	平成20年8月20日	平成21年1月29日	車いす	重傷1名	被害者が介護ヘルパー2名に付き添われながら帰宅中に玄関先で当該製品の前後左側が外れたため、転倒し骨折した。現在原因を調査中。	福島県
平成21年2月3日	A2008011923	平成21年12月3日	平成21年1月30日	介護ベッド	重傷1名	病人が異変に気づき確認したところ、当該製品の左側中央のサイドパネルとボトムの隙間に右腕が肘の付近まで入り込んだ状態で床に横たわっているところを発見した。現在、原因を調査中。	千葉県
平成21年2月10日	A200901226	平成21年1月27日	平成21年2月6日	電動車いす(ジョイスティック形)	死亡1名	当該製品で走行中に転倒し、死亡した。現在、原因を調査中。	沖縄県
平成21年2月24日	A200801259	平成21年2月4日	平成21年2月20日	介護ベッド用手すり	重傷1名	ベッドの内側から当該製品上部の隙間に足が挟まり、腰が床についた状態で発見された。現在、原因を調査中。	山口県
平成21年3月3日	A200801289	平成21年1月2日	平成21年2月26日	電動車いす(ハンドル形)	重傷1名	当該製品に乗って犬の散歩をしていた。車いすから降りた際に、車いすが動き出したので、止めようとした際に転倒し、骨折した。現在、原因を調査中。	奈良県
平成21年3月3日	A200801297	平成21年2月14日	平成21年2月27日	電動車いす(ハンドル形)	重傷1名	当該製品で塀の上を走行中に塀下の水路に転落し重傷を負った。現在、原因を調査中。	熊本県
平成21年3月10日	A200801325	平成21年2月15日	平成21年3月6日	電動車いす(ハンドル形)	重傷1名	自宅近くの未舗装の土手道を走行中に土手道から転落し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	長崎県

■製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県
平成20年3月25日	A200701149	平成20年3月1日	平成20年3月21日	電動車いす(ハンドル型)	重傷1名	当該製品で走行中に前方の歩行者に接近した為、ブレーキ操作をしたが、運転者が操作方法を間違えて加速し、そのまま前方の歩行者に衝突して、歩行者が重傷を負った。	東京都
平成20年4月15日	A200800047	平成20年4月1日	平成20年4月10日	介護ベッド	重傷1名	ベッドの下で床で倒れているのを発見され、骨折していることが判った。当該製品から転落と思われる。	大阪府

■製品起因による事故ではないと判断した事故

公表日	管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	製品起因による事故ではないと判断した理由
平成19年11月22日 平成20年1月7日	A200700503	平成19年9月	平成19年10月10日	介護テーブル	重傷1名	介護ベッドから移動しようとした際、介護テーブルの脚部につまづいて転倒し、怪我をした。	富山県	介護用ベッドから移動する際、ベッドのそばにあった介護テーブルの脚部に誤って転倒したものであり、使用者の不注意による事故であると判断した。